

Technická specifikace nabídky

1. Identifikační údaje zakázky

Označení zakázky	Dodávka vybavení vývojového centra Část 5 Měřicí pracoviště pro měření odporu
Zadavatel zakázky	JAP INDUSTRIES, s.r.o. Bystřice č.p. 1260, PSČ 739 95 IČ: 483 98 233

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Tel./fax:	
E-mail:	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v OR:	
Osoba oprávn. Jednat za uchazeče:	
Kontaktní osoba:	
Tel./fax:	
E-mail:	

3. Technická specifikace nabídky

POŽADAVEK ZADAVATELE	NABÍDKA UCHAZEČE	
Parametr Minimální požadovaná hodnota Uchazeč musí splnit všechny požadované parametry, je oprávněn nabídnout lepší hodnotu	uved'te specifické parametry Vaší nabídky: - vždy uved'te, zda nabídka splňuje daný parametr (ano/ne) - v rámci technických parametrů uved'te konkrétní hodnotu parametru příp. popis řešení	
	ANO/NE	HODNOTA, ŘEŠENÍ
Měřicí pracoviště pro měření odporu		
Měřicí zařízení pro měření rezistivity grafitových vzorků		
Min. možné rozměry vzorků: prům. min./max. 800/320 mm, délka min./max.		

150/500 mm		
Materiál vzorků - grafit		
Digitální zobrazení naměřené hodnoty úbytku napětí, měřícího proudu (proud proudové elektrody a napětí měřící napěťové sondy), teploty okolí a výsledné hodnoty naměřeného odporu		
Přepočet hodnot na rezistivitu pro předdefinované rozměry zkoušených vzorků a změřenou teplotu okolí s možností exportu hodnot do PC.		
Přesnost měření rezistivity odvislá od měření proudů a napětí, přičemž odchylka přesnosti měřeného proudu je max. 2% a u napětí max. 4% z měřené hodnoty.		
Přesnost proudového čidla minimálně 1% z rozsahu 0-50 A, u měření napětí - krok A/D převodníku menší než 1μV.		
Kalibrace napěťového a proudového měřícího členu		
Rozsah pracovních teplot 5°C až 40°C (AA4) Vlhkost: Teplotní rozsah 5°C až 30°C: Vlhkost v rozmezí 5 až 95%, nekondenz.prostředí (AB4) Teplotní rozsah 30°C až 40°C: Vlhkost v rozmezí 5 až 60%, v prostředí s mírnou prašností (AE4) – grafit Vliv vibrací, rázů a korozivních látek je zanedbatelný (AG1, AH1,AF1).		
Ostatní		
Součástí plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vyložení, manipulace na místo, ustavení, montáže, uvedení do provozu	ano/ne	
Bude dodána kompletní dokumentace stroje. Bezpečnost zařízení bude zajištěna dle platných norem a předpisů.	ano/ne	
Záruka, záruční servis		
Záruka min. 24 měsíců	ano/ne	
Bez omezení rozsahu provozu, pokud je k dané záruce potřeba realizace servisních prohlídek, pak jejich cena je zahrnuta v celkové nabídkové ceně (mimo cenu opotřebovávajících se náhradních dílů a provozních kapalin).	ano/ne	
Odstraňování záručních závad zdarma, bez jakýchkoliv poplatků a nákladů jako např. cestovné, ubytování apod.	ano/ne	

Vdne

.....

Podpis, razítko
Titul, jméno, příjmení